

初回

ブリーズヘラー吸入指導報告書

Ver.20180601改定

患者ID:_____

_____病院_____科_____医師

調剤薬局名:_____

指導を受けた方:
□ご本人 □ご家族 □その他

担当薬剤師名:_____先生

指導日:_____年_____月_____日

FAX送信先：関東労災病院薬剤部

FAX:044-411-8650 TEL:044-411-3131（代表）

商品名:_____用法用量:_____

薬の準備	キャップと吸入口を開け、カプセルを穴に横向きに入れられる。	☐
	吸入口をカチッと音がするまで閉める。	☐
	両側のボタンを強く1回のみ押して、離す。	☐
	両側のボタンが左右を向くようにして持つ。	☐
吸入	吸入前の息吐きができる。	☐
	吸入口をくわえ、深く息を吸い込む。（カプセルの震える音がある。）	☐
	5秒間の息止めができる。	☐
	吸入後の息吐きができる。	☐
片付け	マウスピースをふき取る。	☐
	使用後は中のカプセルを捨てた後キャップを閉める。	☐
うがい	うがいができる。	☐
	うがいの必要性を理解している。	☐
残薬確認	次回受診日に吸入薬のデバイスを持参するように説明する。	☐

◆ 症状の評価（☐ A C T / ☐ m M R C ※使用した方に☑して下さい。） 結果_____

◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可

⇒不可理由（デバイス変更は一覧[H P 参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。）

◆ 特記事項

（指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。）

ブリーズヘラー 各部位の名称 (薬品名: オンブレス、シーブリ、ウルティブロ)



－ カプセル取り出し －



オンブレス




シーブリ



ウルティブロ



アルミシートから
カプセルを押し出す




アルミシートをはがし
カプセルを取り出す



＜アルミシート＞ 薬が入っています
※飲み薬ではありません

－ カプセル充填操作 －



ブリーズヘラーの吸入手順(患者さん用)


【薬品名: オンブレス、シーブリ、ウルティブロ】

※ 飲み薬ではありません。

※ 本体を水洗いしないで下さい。1ヶ月を目安に本体を新しくして下さい。

①薬の準備

- キャップを取り外し、吸入口を開けます(1,2)
- アルミシートからカプセルを取り出し、カプセル充填部(穴)へ、横向きに置きます(3,4)
- 吸入口をカチッと音がするまで閉めます(5)
- 両側のボタンを強く1回のみ押して、離します(6)(何回も押すと中のカプセルが破損してしまいます)
- 両側のボタンが左右を向くように持ちます




②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)


③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。(カプセルの震える音が聞こえます)



④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。



⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

※もう1度繰り返す

⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります□ 吸入口を開け、カプセル内に粉末が残っていないことを確認し、カプセルを捨てます。
- 吸入口を閉めて、キャップをします。



⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。

ブリーズヘラー 各部位の名称 (薬品名: オンブレス、シーブリ、ウルティブロ)



－ カプセル取り出し －



オンブレス




シーブリ



ウルティブロ



アルミシートから
カプセルを押し出す




アルミシートをはがし
カプセルを取り出す



＜アルミシート＞ 薬が入っています
※飲み薬ではありません

－ カプセル充填操作 －



ブリーズヘラーの吸入手順(薬剤師用)
【薬品名: オンブレス、シーブリ、ウルティブロ】

※ 本体は水洗いをしないように指導して下さい。
※ 1ヶ月を目安に本体を新しくして下さい。

